

PD-LX-PWD**Technický list / Informace pro uživatele**

Datum: 03.05.2019

Údaje o výrobku

Artikl: PD-LX-PWD Latexové pudrované vyšetřovací rukavice, bílé, 240 mm

Standardy:

Směrnice Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích

EN455-1/2/3 Lékařské rukavice pro jednorázové použití

Kontakt s potravinami

Popis

Jednorázové použití: ano

Potravinářství: ano / Latexové rukavice by neměly být uváděny do styku s nealkoholickými potravinami a přípravou z ovoce, zeleniny, masa a ryb, vodních nebo konzervovaných mléčných výrobků a mléčných výrobků a omáček

Barva: bílá

Povrch: hladký

Tvar: univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku

Okraj: rolovaný

Země původu: Malajsie

Velikost	Délka (mm)	Šířka dlaně (mm)	Tloušťka (mm)		
			Dlaň	Prostředník	Manžeta
XS (5/6)	240	≤80	0,10	0,11	0,10
S (6/7)	240	80±10	0,10	0,11	0,10
M (7/8)	240	95±10	0,10	0,11	0,10
L (8/9)	240	110±10	0,10	0,11	0,10
XL (9/10)	240	≥110	0,10	0,11	0,10

Velikost	Označení artiklu	kusů v krabičce	krabiček v kartonu	kusů v kartonu
XS (5/6)	PD-LX-PWD/XS	100	10	1000
S (6/7)	PD-LX-PWD/S	100	10	1000
M (7/8)	PD-LX-PWD/M	100	10	1000
L (8/9)	PD-LX-PWD/L	100	10	1000
XL (9/10)	PD-LX-PWD/XL	100	10	1000

NORMA	ZKOUŠKA	VÝSLEDEK
EN455-1	Nepropustnost	Stupeň ochrany 1: AQL 1.5
EN455-2	Síla roztržení	
	Před stárnutím	≥ 6 N
	Po stárnutí	≥ 6 N
EN455-3	Přítomnost pudru	< 10 g/dm ²
	Přítomnost proteinů	Nezjistitelné
EN455-4	Záruka kvality	5 let
EN420	Všeobecné požadavky	v souladu
Nařízení č. 10/2011 Nařízení 1935/2004/EEC	Migrační test	Testováno

Profod

Složení: Latex, zinc oxide, sulfide powder (agent of vulcanization), titanium dioxide, zinc dibutyl dithiocarbamate (ZDBC) (accelerator), zinc Dithiocarbamate (ZDEC) (accelerator), anti-oxidant, pigment, powdering with corn starch.

Latex: ANO

Kontraindikace: u lidí alergických na přírodní latex.

Vulcanizing agent: ANO

Původní živočišný nebo biologický produkt: NE

Skladování:

Chraňte před vlhkem a slunečním svitem. Skladujte při teplotě mezi 10°C a 25°C.

Jen pro jednorázové použití.

Záruka kvality: 5 let

Výrobce

Jméno firmy: Laboratories EUROMEDIS

Adresa: Z.I. de la Tuilerie, 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, France

Kontaktní osoba: Mr. Eddie Zerbib, Quality Manager

Tel.: +33 344728360

Fax: +33 344735732

e-mail: euromedis@euromedis.fr

web: www.euromedis.fr

Distributor

Jméno firmy: PROFOD s.r.o.

Adresa: Malešická 546/71, 108 00 PRAHA 10, Czech Republic

Tel.: +420 777811709

e-mail: info@profod.com

web: www.profod.com

PROFOD s.r.o.

Sídlo společnosti:

Malešická 546/71, 108 00 Praha 10

IČ: 27179397 DIČ: CZ27179397

Provozovna:

Pražská 1470/186, 102 00 Praha 15

Tel.: +420 222 514 787 Fax: 226 202 260

PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420-777 811 709 - E-mail : obchod@profod.com

IČ: 271 79 397 - DIČ: CZ27179397

OR /MS Praha, C/102326